



RAPPORT DE MESURE PRUEFBERICHT INSPECTION REPORT

Objet Gegenstand Object	TESASTAR-i	N° de série Serien-Nr. Serial N°	3U 1767 01
Type Typ Model	03939030	Fabricant Hersteller Manufacturer	TESA SA
Rapport N° Bericht Nr. Report No.	3Y 7898 439 28	Date Datum Date	30.01.2009
Contrôleur Prüfer Inspector	F.Perez AC 113	Remarques Bemerkungen Remarks	

Résultats de mesure / Meßergebnisse / Measurement results

		0°	60°	120°	180°	240°	300°
[µm]	Pt 1	0.02	0.11	0.66	0.33	0.42	0.42
	Pt 2	0.00	0.03	0.28	0.12	0.68	0.60
	Pt 3	0.00	0.15	0.00	0.16	0.32	0.31
	Pt 4	0.03	0.15	0.66	0.05	0.00	0.45
	Pt 5	0.02	0.15	0.65	0.06	0.31	0.43
	Pt 6	0.13	0.13	0.63	0.12	0.27	0.28
	Pt 7	0.06	0.14	0.67	0.16	0.19	0.36
	Pt 8	0.09	0.15	0.67	0.03	0.31	0.32
	Pt 9	0.08	0.13	0.66	0.00	0.47	0.00
	Pt 10	0.11	0.00	0.72	0.00	0.34	0.42
2 SIGMA [µm]		0.09	0.11	0.44	0.19	0.34	0.29

Fidélité
Wiederholgrenze
Fidelity

0.33 µm

La valeur la plus petite est prise comme référence 0.

Als Bezugspunkt wird für jede Koordinatenrichtung jeweils der kleinste Messwert angenommen.

Trigger values normalised to lowest value for each measurement direction.

Palpeur monté en position verticale, touche de palpation vers le bas.
Vertikal angeordneter Messtaster mit nach unten zeigendem Taststift.
Probe mounted with stylus vertical, pointing down.

Force de mesure :

Auslenkraft : 0.11 N

Stylus force :

Longueur touche :

Taststiftlänge : 21 mm

Stylus length :

Vitesse de palpation :

Testgeschwindigkeit : 480 mm / min

Test velocity at stylus tips :

Déclaration de conformité et confirmation de la traçabilité des valeurs indiquées

Nous vous remercions de la confiance témoignée par l'achat de ce produit qui a été vérifié dans nos ateliers. Nous déclarons sous notre seule responsabilité que sa qualité est conforme aux normes et données techniques contenues dans nos documents de vente (modes d'emploi, prospectus, catalogue). Par ailleurs, nous attestons que les références métrologiques de l'équipement utilisé pour sa vérification sont valablement raccordées aux étalons nationaux. Le raccordement est assuré par notre système qualité.

Konformitätserklärung und Bestätigung für die Rückverfolgbarkeit der Maße

Für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen vielmals. Das Produkt wurde in unserem Werk geprüft. Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen (Gebrauchsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht. Des weiteren bestätigen wir, daß die Maße des bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittels, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, in gültiger Beziehung auf nationale Normale rückverfolgbar sind.

Declaration of conformity and confirmation of traceability of the values

Thank you very much for your confidence in purchasing this product. We certify hereby that it was inspected at our works. We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales literature (instruction manuals, leaflets, catalogue). In addition, we certify that the measuring equipment used to check this product refers to national standards. The traceability of the measured values is guaranteed by our Quality Assurance.



M. Gingins - Quality Manager