



ROCH



Instruments de mesure et appareils de contrôle de haute précision

BULLETIN DE GARANTIE

Calibre de Capacité

200 mm

Série

687

N° dans la série

424

Température de référence 20° C. - Calibre conforme au projet de norme AFNOR : E. 11.1018

Dureté des becs > 52 Rockwell

— Erreur de mesure maximum : < 0.02 + $\frac{A}{20,000}$

(A = Capacité)

Dureté de la règle > 34

Rockwell

— Erreur sur la planitude des becs : < 0.003

Extrémité des becs } + 0,01
 } - 0,005

Ets ROCH, le 19-11-54

Visa du Service de Contrôle

[Signature]

NOTA — Pour obtenir un bon fonctionnement, employer exclusivement du suif très propre.

Ne jamais utiliser, graisse, vaseline ou huile.